



Institut für Qualitätssicherung und  
Transparenz im Gesundheitswesen

Referenzbereiche der Auffälligkeitskriterien  
nach QSKH-RL

# Herzschrittmacher-Implantation

Erfassungsjahr 2018

Stand: 09.04.2019

---

# Impressum

**Thema:**

Referenzbereiche der Auffälligkeitskriterien nach QSKH-RL. Herzschrittmacher-Implantation. Erfassungsjahr 2018

**Auftraggeber:**

Gemeinsamer Bundesausschuss

**Datum der Abgabe:**

09.04.2019

**Herausgeber:**

IQTIG – Institut für Qualitätssicherung  
und Transparenz im Gesundheitswesen

Katharina-Heinroth-Ufer 1  
10787 Berlin

Telefon: (030) 58 58 26 340

Telefax: (030) 58 58 26-999

[verfahrensupport@iqtig.org](mailto:verfahrensupport@iqtig.org)

<https://www.iqtig.org>

AK-ID	AK-Bezeichnung	Referenzbereich 2018	Referenzbereich 2017	Anpassung
813070	Häufig führendes Symptom 'sonstiges'	≤ 3,82 % (95. Perzentil)	≤ 3,66 % (95. Perzentil)	Ja
813071	Häufig führende Indikation 'sonstiges'	≤ 3,53 % (95. Perzentil)	≤ 4,35 % (95. Perzentil)	Ja
813072	Unterdokumentation von GKV-Patientinnen und GKV-Patienten	≥ 95,00 %	≥ 95,00 %	Nein
850097	Auffälligkeitskriterium zur Unterdokumentation	≥ 95,00 %	≥ 95,00 %	Nein
850098	Auffälligkeitskriterium zur Überdokumentation	≤ 110,00 %	≤ 110,00 %	Nein
850217	Auffälligkeitskriterium zum Minimaldatensatz (MDS)	≤ 5,00 %	≤ 5,00 %	Nein